

## R: Richiesta verifica riscontro NBN Medical Service srl pn n. 2 Robot per S.C. Diagnostica per Immagini P.O. Castellaneta

traversa armida

lun 13/01/2020 11.27

A:ELIA SILVIA ANGELA <silviaangela.elia@asl.taranto.it>;

Cc:russo lorenzofrances <lorenzofrances.russo@asl.taranto.it>; Ingegneria Clinica <areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it>;  
marta cassanelli <m.cassanelli@tea.taranto.it>;

Priorità: Alta

In relazione alla nota di riscontro inviata dalla ditta NBN si specifica quanto segue:

- quanto fornito non corrisponde a quanto offerto nella lettera di invito e in particolare risultano assenti (non installati sulla postazione fornita) i software myWeb e il software myPacs full-version risulta carente della componente MedDream che consente la visualizzazione delle immagini dicom.
- Questa struttura, all'atto del collaudo ha già fatto produrre dal sistema fornito un CD/DVD, che risulta carente del viewer DICOM autoinstallante, indispensabile per la visualizzazione delle immagini DICOM e pertanto il CD/DVD prodotto non è conforme alla richiesta della lettera di invito.

Apparentemente se la ditta fornisse il software myPACS, come previsto dalla sua proposta in offerta tecnica, ovvero in full-version e quindi completo della componente MedDream, per visualizzare le immagini DICOM, il sistema potrebbe essere conforme alla richiesta.

Si coglie l'occasione per rilevare che ancora una volta la ditta, come già segnalato nella nostra nota prot. 199210/2019, non fornisce i dati relativi al numero di iscrizione al repertorio del ministero del dispositivo medico e al CND, e non essendo stato fornito il certificato di conformità alla direttiva dispositivi medici del sistema, a questo punto occorrerebbe anche interrogarsi sulla possibilità che l'intero sistema non sia conforme a tale direttiva, eventualità che se fosse verificata, supererebbe in gravità le restanti non conformità.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**ing. ARMIDA TRAVERSA**

Dirigente



**ASL  
TARANTO**

**DIPARTIMENTO TECNICO HTA E PATRIMONIO**

**AREA TECNICA**

**S.S.D. Ingegneria Clinica**

Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto

Tel. 099.778690 - fax 099.778675

Cell. 338.7275843

[armida.traversa@asl.taranto.it](mailto:armida.traversa@asl.taranto.it)

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.

Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione Grazie

---

**Da:** ELIA SILVIA ANGELA <silviaangela.elia@asl.taranto.it>

**Inviato:** lunedì 13 gennaio 2020 11:24

**A:** Ingegneria Clinica <areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it>

**Cc:** russo lorenzofrances <lorenzofrances.russo@asl.taranto.it>

**Oggetto:** Richiesta verifica riscontro NBN Medical Service srl pn n. 2 Robot per S.C. Diagnostica per Immagini P.O. Castellaneta

**c.a. Ing. Armida Traversa**

**Gentile Ingegnere,**

**d'ordine del Direttore Amministrativo dei PP.OO., si richiede cortesemente di voler valutare con sollecitudine il riscontro inviato a mezzo pec dalla ditta NBN Medical Service srl in data 09 01 2020 in allegato con attinente documentazione.**

**Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.**